

CNS 14774 醫用面罩

性 能	一般醫用面罩	外科手術面罩	外科手術 D2 防塵面罩
合成血液穿透性，最 小通過壓力(mmHg)	—	通過 80 mmHg	通過 80 mmHg
細菌過濾效率	95 %以上	95 %以上	—
次微米粒子防護效率	—	80 %以上	95 %以上
壓差 (mm H ₂ O/cm ²)	5 以下	5 以下	5 以下
可燃性	—	1 級	1 級

1. 血液穿透壓力 (CNS 14776)
 - 測試壓力由委託者決定：80 mmHg 或 120 mmHg 或 160 mmHg
 - 測試數量由委託者決定：十個口罩以內普通件（七個工作天）費用為 3000 元，第 11~20 個試樣，每 1 個加收 250 元，若總數超過 20，則第 11 個開始，每 1 個加收 200 元。
 - 若有不同材料或厚度、縫合等設計，當超過 2 種時，每多 1 種設計，每個試樣多加 100 元。
 - 急 件：試驗費為普通件的 1.4 倍，四個工作天。
 - 特急件：試驗費為普通件的 1.8 倍，二個工作天。
 - 請另提供 2 個試樣為貼樣用。
2. 細菌過濾效率 (CNS 14775)
 - 測試數量由委託者決定：五個口罩以內普通件費用為 10000 元，每增加一個口罩加收 1000 元。
 - 杯狀口罩無法以成品測試。
 - 請告知測試面為試樣的內面或外面。
 - 只有普通件（十四個工作天），無急件和特急件。
 - 請另提供 2 個試樣為貼樣用。
3. 口罩防護效率、吸氣阻抗、呼氣阻抗 (CNS 14755)
 - 需十個口罩，普通件費用為 3600 元，七個工作天。
 - 急 件：試驗費為普通件的 1.4 倍，四個工作天。
 - 特急件：試驗費為普通件的 1.8 倍，二個工作天。
 - 請另提供 2 個試樣為貼樣用。
4. 空氣交換壓力 (CNS 14777)
 - 需五個口罩，普通件費用為 3000 元，七個工作天。
 - 急 件：試驗費為普通件的 1.4 倍，四個工作天。
 - 特急件：試驗費為普通件的 1.8 倍，二個工作天。
 - 請另提供 2 個試樣為貼樣用
5. 可燃性 (CNS 10285 C 法)
 - 需十個口罩，普通件費用為 1000 元，七個工作天。
 - 急 件：試驗費為普通件的 1.4 倍，四個工作天。
 - 特急件：試驗費為普通件的 1.8 倍，二個工作天。
 - 請另提供 2 個試樣為貼樣用。

樣品資料表 INFORMATION FOR SAMPLE SHEET

(食品藥物化粧品實驗室認證項目測試專用)

試驗報告用途 Purpose of test report	<input type="checkbox"/> 輸出國家 Exporting country : _____ <input type="checkbox"/> 工廠自主品管 Factory quality control <input type="checkbox"/> 衛福部食藥署查驗登記 TFDA medical device registration <input type="checkbox"/> 其他 Other _____		
樣品名稱 Name of sample	中文： 英文：		
批號 Batch/Lot No.			
包裝及數量 Package and amount			
樣品描述 Sample Description	1. 試件類別 Item : <input type="checkbox"/> 口罩 Mask <input type="checkbox"/> 防護衣 Protective clothing <input type="checkbox"/> 手術衣 Surgical gown <input type="checkbox"/> 覆蓋巾 Drape <input type="checkbox"/> 其他 Other _____ 2. 顏色 Color 中文： 英文：		
有效期限 Expiry date	(西元)		
滅菌狀態 Sample status	<input type="checkbox"/> 已滅菌 Sterilized <input type="checkbox"/> 無滅菌 Not sterilized		
備註			
客戶簽章 Client signature		日期 Date	

聯絡電話：02-22670321 分機 7107、7110

傳 真：02-22675108/02-22689839

(2017.03)